~~N°. 66~~ Rapport

J'ai examinez ~~Louvrage~~ Le memoire de Mr Lessanzée, La 1re partiée traitte de tous les vaisseaux du Corps en General, ainsj que de la Maniere dont il peuvent etre ouvert. Des hemoragies qui en resultent, des differens moiens que l'art doit Emploier pour i remedier. tous ces preceptes etant connüe des chirurgiens, je Crois pouvoir avancer, quil n'ia rien d'interessant dans ~~ce memoire~~ cet ouvrage

Dans La seconde partiée, Lauteur nous fait La description du bandage à garot de Mr. morel, pris dans sa premiere invention, des changemens quel lui a fait depuis, et ces additions. qui consistent dans un petit rebords élevé de 3. a 4 Ligne. sur la circonference d'une plaque de Cuivre, d'un quaré long aroundie, Lequel rebords est percé de trou, pour recevoir et fixer deux crochets qui fonts continuités d'une petitte chaine, joints aux deux bouts du Garot, pour Larretter, Lors que Lon a fait La compression Suffisante sur Lartere pour arretter Le sang, Mr Lessanzée, à fait un pas. pour perfectionné cette instrument, en supprimant Les rubans, ou les aides qui devoit maintenir ou arretter Le Garot.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 58 n° 70

Mais jl ne Sest pas assés occupée des frottements que essuie La Laniere outire botte, en passant Sous Les ponts ou coulisse, qui La couperoit facilement. —

Mr Lessanzée fait Ensuitte Le detaille des jmperfections quil à remarqué dans Letourniquet de feüe Mr Petit. que Les plaques en Sont trop courtes, trop concaves, que Laligature fait Etranglement Sur Le membre, que La vize et Sugettes auverd de gris, qui Lempeche detourner, quil avüe a la charité — plusieurs fois Les plaques se raproché Spontanement par Le pas devize qui etoit vsé. que Lon ne Se Sert plus des tourniquets en bois, parce quil Sonts Sugets à se goufler, ou Se dessieger, Suivant Les temps Sec ou humide.

tous ces detailles ne regardent pas Letourniquet de Mr Petit dont on fait vsage aujourdhuj, jai conservé un modelle que je tient de Mr Suret, qui Le tenoit de Mr Petit, et dont vous pouré juger Messieurs.

Jl est vrai que Mr Petit à fait des vises dont Le pas etoit fort ecarté, àfin de faire moins de tours, Lors quil vouloit comprimer Levaisseaux. Jl etoit tres

possible que les plaques varient dans ce pas de vis
et quil manquent. dailleurs cet instrument a
soufert des variations, et les coutelliers onts fait
effectivement de petittes vises et des plaques
disproportionnée, dont parle Mr Lessauzée. quand
aux tourniquets en bois dont je presente copie
quand il seronts fait en buis, en coudrier ou de
noiers que le pas de vise sera convenable, et que
dans sa longueur, lon i passera un petit bouleau
de fer recuit, arretté par un ecrou a son extremités
et rivée sur la pre. plaque. je crois que Mr Lessauzée
ne les rejettera pas, et quil convienderas, quil
merite la preference, sur ceux en cuivre, et quils
onts bien plus davantage, et moins dincovenients
que le garot perfectionnée, Deliberé le 16 janvier
1772. Pipelet Le